

# 試験成績書

2013年5月7日

製品名	セトリミド寒天培地			エンバイオ製品番号	KB-CET0001
コージンバイオ製品番号	14070602			ロット番号	ECE1304301
製造日	2013年4月30日	有効期限	2013年10月26日	保管温度	2~25℃
組成 (精製水1Lあたり)	ゼラチンペプトン・・・20.0g		塩化マグネシウム・・・1.4g		
	硫酸カリウム・・・10.0g		セトリミド・・・0.3g		
	グリセリン・・・10mL		寒天・・・13.6g		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	白色で澄明	適合
pH	7.0~7.4	7.3
充填量	18.0±1.0g	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP、USP、EP 3局方調和法)							
試験菌株	特性	判定基準	回収数 (CFU)			培養条件	
			試験ロット	対照ロット	回収率 (%)	培養温度	培養時間
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275	発育促進	100CFU以下の菌を接種した時、有効性が確認されたロットに対して50~200%の発育を認める	76	78	97.4	30~35℃	18.0時間
試験菌株	特性	判定基準	判定			培養条件	
<i>E. coli</i> NBRC 3972	選択	100CFU以上の菌を接種した時、発育を認めない	適合			30~35℃	4日

総合判定：合格



コージンバイオ株式会社  
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3  
 TEL 049-284-3781  
 FAX 049-284-4784  
 品質保証部 板橋 由美子

