

エンバイオ製品試験成績書

発行日：2014年12月1日

製品名	SCD混釈瓶入り培地			コージンバイオ製品番号	15072110
エンバイオ製品番号	KB-SCD0601			ロット番号	EED1411211
製造日	2014年11月21日	有効期限	2015年11月20日	保管温度	2～25℃
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン・・・15.0g		ソイペプトン・・・5.0g		
	塩化ナトリウム・・・5.0g		寒天・・・15.0g		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	淡黄色で半透明	適合
pH	7.1～7.5	7.4
充填量	200mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP、USP、EP 3局方調和法)						
試験菌株	判定基準	回収数 (CFU)			培養条件	
		試験ロット	対照ロット	回収率 (%)	培養温度	培養時間
<i>S. aureus</i> NBRC 13276	100CFU以下の菌を 接種した時、有効性 が確認されたロットに 対して50～200%の 発育を認める	34	31	109.7	30～35℃	18.5 h
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275		50	52	96.2	30～35℃	18.5 h
<i>B. subtilis</i> NBRC 3134		50	36	138.9	30～35℃	18.5 h
<i>C. albicans</i> NBRC 1594		20	25	80.0	30～35℃	18.5 h
<i>A. brasiliensis</i> NBRC 9455		22	21	104.8	30～35℃	23.0 h

総合判定：合格

判定日：2014年12月1日



コージンバイオ株式会社
埼玉県坂戸市千代田5-1-3
TEL 049-284-3781
FAX 049-284-4784
品質保証部 馬目 功

