

エンバイオ製品試験成績書

発行日：2014年9月2日

製品名	LP希釈液			コージンバイオ製品番号	15075165
エンバイオ製品番号	KB-LPB0401			ロット番号	EGD1408261
製造日	2014年8月26日	有効期限	2015年2月21日	保管温度	2～25℃
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン・・・1.0g レシチン・・・0.7g			ポリソルベート80・・・20.0g	

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	無色で澄明	適合
pH	7.2±0.2	7.2
充填量	9mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 ※SCD寒天培地での発育					
試験菌株	判定基準	作製直後 (CFU)	1時間後 (CFU)	培養条件	
				培養温度	培養時間
<i>S. aureus</i> NBRC 13276	試験菌株を当製品に懸濁し 100CFU以下の菌液を作製 した時、20～25℃で1時間 放置後も同等の発育を認める	37	31	30～35℃	18.0 h
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275		25	14	30～35℃	18.0 h
<i>C. albicans</i> NBRC 1594		38	47	30～35℃	18.0 h

総合判定：合格

判定日：2014年9月2日



コージンバイオ株式会社
埼玉県坂戸市千代田5-1-3
TEL 049-284-3781
FAX 049-284-4784
品質保証部 馬目 功

