

エンバイオ製品試験成績書

発行日：2014年11月28日

製品名	GP-LP寒天培地			コージンバイオ製品番号	14071430
エンバイオ製品番号	KB-GPA0002			ロット番号	EGR1411191
製造日	2014年11月19日	有効期限	2015年5月17日	保管温度	2～10℃
組成 (精製水1Lあたり)	ペプトン・・・5.0g ブドウ糖・・・20.0g リン酸二水素カリウム・・・1.0g レシチン・・・1.0g		酵母エキス・・・2.0g 硫酸マグネシウム七水和物・・・0.5g ポリソルベート80・・・7.0g 寒天・・・15.0g		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	淡黄色で澄明	適合
pH	5.6～5.8	5.7
充填量	18.0±1.0g	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP16に従う)						
試験菌株	判定基準	回収数 (CFU)			培養条件	
		試験ロット	対照ロット	回収率 (%)	培養温度	培養時間
<i>C. albicans</i> NBRC 1594	100CFU以下の菌を接種した時、有効性が確認されたロットに対して50～200%の発育を認める	23	23	100.0	20～25℃	43.0 h
<i>A. brasiliensis</i> NBRC 9455		41	38	107.9	20～25℃	44.0 h

総合判定：合格

判定日：2014年11月28日



コージンバイオ株式会社
埼玉県坂戸市千代田5-1-3
TEL 049-284-3781
FAX 049-284-4784
品質保証部 馬目功

