

エンバイオ製品試験成績書

発行日：2015年11月13日

製品名	リンス洗浄液 Fluid A			コージンバイオ製品番号	15070690
エンバイオ製品番号	KB-FLA0301			ロット番号	EHA1511061
製造日	2015年11月6日	有効期限	2016年11月4日	保管温度	2~25℃
組成 (精製水1Lあたり)	ペプトン・・・1.0g				

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	無色で澄明	適合
pH	7.1±0.2	7.3
充填量	300mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 ※SCD寒天培地での発育					
試験菌株	判定基準	作製直後 (CFU)	1時間後 (CFU)	培養条件	
				培養温度	培養時間
<i>S. aureus</i> NBRC 13276	試験菌株を当製品に懸濁し 100CFU以下の菌液を作製 した時、20~25℃で1時間 放置後も同等の発育を認める	53	60	30~35℃	18.0 h
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275		13	19	30~35℃	18.0 h
<i>C. albicans</i> NBRC 1594		32	27	30~35℃	18.0 h

総合判定：合格

判定日：2015年11月13日



コージンバイオ株式会社
埼玉県坂戸市千代田5-1-3
TEL 049-284-3781
FAX 049-284-4784
品質保証部 尾関 泰之

