

# 試験成績書

2013年6月10日

製品名	マッコンキー液体培地		エンバイオ製品番号	KB-MAC0301	
コージンバイオ製品番号	15070210		ロット番号	EEB1306031	
製造日	2013年6月3日	有効期限	2013年11月29日	保管温度	2~25°C
組成 (精製水1Lあたり)	ゼラチンペプトン・・・20.0g 乾燥ウシ胆汁・・・5.0g		乳糖一水和物・・・10.0g ブロムクレゾールパープル・・・10mg		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	紫色で澄明	適合
pH	7.1~7.5	7.2
充填量	100mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP、USP、EP 3局方調和法)							
試験菌株	特性	判定基準	発育の有無		接種菌量 (CFU)	培養条件	
			試験ロット	対照ロット		培養温度	培養時間
<i>E. coli</i> NBRC 3972	発育促進	100CFU以下の菌を接種した時、有効性が確認されたロットと同等の発育を認める	発育	発育	18	42~44°C	15.0 h
試験菌株	特性	判定基準	判定		培養条件		
<i>S. aureus</i> NBRC 13276	選択	100CFU以上の菌を接種した時、発育を認めない	適合		42~44°C	48.0 h	

総合判定：合格



コージンバイオ株式会社  
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3  
 TEL 049-284-3781  
 FAX 049-284-4784  
 品質保証部 板橋 由美子

