

エンバイオ製品試験成績書

発行日：2015年12月16日

製品名	標準寒天混釈瓶入り培地			コージンバイオ製品番号	15072160
エンバイオ製品番号	KB-PCA0601			ロット番号	EFK1512091
製造日	2015年12月9日	有効期限	2016年9月3日	保管温度	2～25℃
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン・・・5.0g ブドウ糖・・・1.0g		酵母エキス・・・2.5g 寒天・・・15.0g		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	淡黄色で半透明	適合
pH	6.9～7.1	7.0
充填量	200mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP16に従う)						
試験菌株	判定基準	回収数 (CFU)			培養条件	
		試験ロット	対照ロット	回収率 (%)	培養温度	培養時間
<i>S. aureus</i> NBRC 13276	100CFU以下の菌を接種した時十分な菌の増殖を認める	25	18	138.9	30～35℃	19.0 h
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275		42	34	123.5	30～35℃	19.0 h
<i>E. coli</i> NBRC 3972		38	43	88.4	30～35℃	19.0 h

総合判定：合格

判定日：2015年12月16日



コージンバイオ株式会社
埼玉県坂戸市千代田5-1-3
TEL 049-284-3781
FAX 049-284-4784
品質保証部 尾関 泰之

尾関