

試験成績書

2013年7月3日

製品名	ペプトン食塩緩衝液 pH7.0		エンバイオ製品番号	KB-PEW0601	
コージンバイオ製品番号	15079110		ロット番号	EEP1306261	
製造日	2013年6月26日	有効期限	2013年12月22日	保管温度	2~25°C
組成 (精製水1Lあたり)	ペプトン・・・1.0g リン酸二水素カリウム・・・3.6g		塩化ナトリウム・・・4.3g リン酸水素二ナトリウム二水和物・・・7.2g		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	無色で澄明	適合
pH	7.0±0.2	7.1
充填量	90mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 ※SCD寒天培地での発育					
試験菌株	判定基準	作製直後 (CFU)	2時間後 (CFU)	培養条件	
				培養温度	培養時間
<i>S. aureus</i> NBRC 13276	試験菌株を当製品に懸濁し 100CFU以下の菌液を作製 した時、20~25°Cで2時間 放置後も同等の発育を認める	25	19	30~35°C	17.0 h
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275		21	15	30~35°C	17.0 h
<i>E. coli</i> NBRC 3972		20	21	30~35°C	17.0 h
<i>S. Typhimurium</i> ATCC 14028		13	18	30~35°C	17.0 h
<i>C. albicans</i> NBRC 1594		10	10	30~35°C	17.0 h

総合判定：合格



コージンバイオ株式会社
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
 TEL 049-284-3781
 FAX 049-284-4784
 品質保証部 板橋 由美子





REF : KB-PEW0601-010
(15079110)

90mL x 10本入

ペプトン食塩緩衝液 pH7.0

⌚ : 2013/07/24

LOT : EEP1304261

🌡️ : 2~25°C

販売 エンバイオ株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-7-7

TEL : 03-5784-1291 FAX : 03-5784-1292

<http://www.enbio-japan.co.jp>

製造 コージンバイオ株式会社

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3