

エンバイオ製品試験成績書

発行日：2013年12月9日

製品名	ペプトン食塩緩衝液 pH7.0		コージンバイオ製品番号	15079119	
エンバイオ製品番号	KB-PEW0602		ロット番号	EEQ1311291	
製造日	2013年11月29日	有効期限	2014年5月27日	保管温度	2～25℃
組成 (精製水1Lあたり)	ペプトン・・・1.0g リン酸二水素カリウム・・・3.6g		塩化ナトリウム・・・4.3g リン酸水素二ナトリウム二水和物・・・7.2g		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	無色で澄明	適合
pH	7.0±0.2	7.0
充填量	9mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 ※SCD寒天培地での発育					
試験菌株	判定基準	作製直後 (CFU)	2時間後 (CFU)	培養条件	
				培養温度	培養時間
<i>S. aureus</i> NBRC 13276	試験菌株を当製品に懸濁し 100CFU以下の菌液を作製 した時、20～25℃で2時間 放置後も同等の発育を認める	45	49	30～35℃	18.0 h
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275		50	40	30～35℃	18.0 h
<i>E. coli</i> NBRC 3972		95	87	30～35℃	18.0 h
<i>S. Typhimurium</i> ATCC 14028		72	58	30～35℃	18.0 h
<i>B. subtilis</i> NBRC 3134		23	36	30～35℃	18.0 h
<i>C. albicans</i> NBRC 1594		45	49	30～35℃	18.0 h

総合判定：合格

判定日：2013年12月9日



コージンバイオ株式会社
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
 TEL 049-284-3781
 FAX 049-284-4784
 品質保証部 馬目 功

