

試験成績書

2013年6月10日

製品名	R2A寒天培地		エンバイオ製品番号	KB-R2A0001						
コージンバイオ製品番号	14070202, 14070220		ロット番号	ERA1306031						
製造日	2013年6月3日	有効期限	2013年11月29日	保管温度	2～25℃					
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン・・・0.25g	肉ペプトン・・・0.25g	酵母エキス・・・0.5g	カザミノ酸・・・0.5g	ブドウ糖・・・0.5g	溶性デンプン・・・0.5g	ピルビン酸ナトリウム・・・0.3g	硫酸マグネシウム七水和物・・・50mg	リン酸水素二カリウム・・・0.3g	寒天・・・15.0g

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	白色で澄明	適合
pH	7.1～7.3	7.1
充填量	18.0±1.0g	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP16 ^{※1} 、EP7 ^{※2} に従う)						
試験菌株	判定基準	回収数 (CFU)			培養条件	
		試験ロット	対照ロット	回収率 (%)	培養温度	培養時間
<i>M. extorquens</i> NBRC 15911 ^{※1}	50～200CFUの 飢餓状態の菌を 接種した時十分な 菌の増殖を認める	53	52	101.9	20～25℃	3日
<i>P. fluorescens</i> NBRC 15842 ^{※1}		77	95	81.1	20～25℃	3日
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275 ^{※2}	100CFU以下の 菌を接種した時 十分な菌の増殖 を認める	18	21	85.7	30～35℃	20.0 時間
<i>B. subtilis</i> NBRC 3134 ^{※2}		63	52	121.2	30～35℃	20.0 時間

総合判定：合格



コージンバイオ株式会社
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
 TEL 049-284-3781
 FAX 049-284-4784
 品質保証部 板橋 由美子

板橋