

試験成績書

2013年6月18日

製品名	R2A混釈瓶入り培地		エンバイオ製品番号	KB-R2A0601						
コージンバイオ製品番号	15072130		ロット番号	EEF1306111						
製造日	2013年6月11日	有効期限	2014年6月10日	保管温度	2~25°C					
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン・・・0.25g	肉ペプトン・・・0.25g	酵母エキス・・・0.5g	カザミノ酸・・・0.5g	ブドウ糖・・・0.5g	溶性デンプン・・・0.5g	ピルビン酸ナトリウム・・・0.3g	硫酸マグネシウム七水和物・・・50mg	リン酸水素二カリウム・・・0.3g	寒天・・・15.0g

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	白色で半透明	適合
pH	7.1~7.3	7.3
充填量	200mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP16 ^{※1} 、EP7 ^{※2} に従う)						
試験菌株	判定基準	回収数 (CFU)			培養条件	
		試験ロット	対照ロット	回収率 (%)	培養温度	培養時間
<i>M. extorquens</i> NBRC 15911 ^{※1}	50~200CFUの 飢餓状態の菌を 接種した時十分な 菌の増殖を認める	108	104	103.8	20~25°C	4日
<i>P. fluorescens</i> NBRC 15842 ^{※1}		63	63	100.0	20~25°C	3日
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275 ^{※2}	100CFU以下の 菌を接種した時 十分な菌の増殖 を認める	37	39	94.9	30~35°C	17.0 h
<i>B. subtilis</i> NBRC 3134 ^{※2}		69	58	119.0	30~35°C	17.0 h

総合判定：合格



コージンバイオ株式会社
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
 TEL 049-284-3781
 FAX 049-284-4784
 品質保証部 板橋 由美子

