

試験成績書

2013年6月25日

製品名	SCD-LP混釈瓶入り培地		エンバイオ製品番号	KB-SCD0603	
コージンバイオ製品番号	15072150		ロット番号	EER1306181	
製造日	2013年6月18日	有効期限	2014年6月17日	保管温度	2～25℃
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン・・・15.0g	ソイペプトン・・・5.0g	ポリソルベート80・・・7.0g	寒天・・・15.0g	
	塩化ナトリウム・・・5.0g				
	レシチン・・・1.0g				

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	淡黄色で半透明	適合
pH	7.1～7.5	7.3
充填量	200mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP、USP、EP 3局方調和法)						
試験菌株	判定基準	回収数 (CFU)			培養条件	
		試験ロット	対照ロット	回収率 (%)	培養温度	培養時間
<i>S. aureus</i> NBRC 13276	100CFU以下の菌を接種した時、有効性が確認されたロットに対して50～200%の発育を認める	21	18	116.7	30～35℃	17.0 h
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275		32	32	100.0	30～35℃	17.0 h
<i>B. subtilis</i> NBRC 3134		38	37	102.7	30～35℃	17.0 h
<i>C. albicans</i> NBRC 1594		20	19	105.3	30～35℃	24.0 h
<i>A. brasiliensis</i> NBRC 9455		32	35	91.4	30～35℃	24.0 h

総合判定：合格



コージンバイオ株式会社
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
 TEL 049-284-3781
 FAX 049-284-4784
 品質保証部 板橋 由美子

