

試験成績書

発行日：2013年7月9日

製品名	サブロー液体培地			エンバイオ製品番号	KB-SDX0301
コージンバイオ製品番号	15070410			ロット番号	EFH1307021
製造日	2013年7月2日	有効期限	2013年10月29日	保管温度	2～25℃
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン・・・5.0g ブドウ糖・・・20.0g			肉ペプトン・・・5.0g	

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	紫色で澄明	適合
pH	5.4～5.8	5.7
充填量	100mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP、USP、EP 3局方調和法)							
試験菌株	特性	判定基準	発育の有無		接種菌量 (CFU)	培養条件	
			試験ロット	対照ロット		培養温度	培養時間
<i>C. albicans</i> NBRC 1594	発育促進	100CFU以下の菌を接種した時、有効性が確認されたロットと同等の発育を認める	発育	発育	28	30～35℃	22.0 h

総合判定：合格

判定日：2013年7月9日



コージンバイオ株式会社
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
 TEL 049-284-3781
 FAX 049-284-4784
 品質保証部 板橋 由美子

