

試験成績書

2013年7月2日

製品名	サブローLP混釈瓶入り培地			エンバイオ製品番号	KB-SDX0602
コージンバイオ製品番号	15072140			ロット番号	EES1306251
製造日	2013年6月25日	有効期限	2014年6月24日	保管温度	2~25°C
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン...5.0g		肉ペプトン...5.0g		
	ブドウ糖...40.0g		ポリソルベート80...7.0g		
	レシチン...1.0g		寒天...15.0g		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	淡黄色で半透明	適合
pH	5.4~5.8	5.5
充填量	200mL	適合
無菌性	生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP、USP、EP 3局方調和法)							
試験菌株	特性	判定基準	回収数 (CFU)			培養条件	
			試験ロット	対照ロット	回収率 (%)	培養温度	培養時間
<i>C. albicans</i> NBRC 1594	発育促進	100CFU以下の菌を接種した時、有効性が確認されたロットに対して50~200%の発育を認める	21	15	140.0	30~35°C	20.0 h
<i>C. albicans</i> NBRC 1594	総真菌数		23	21	109.5	20~25°C	41.0 h
<i>A. brasiliensis</i> NBRC 9455			43	40	107.5	20~25°C	41.0 h
試験菌株	特性	判定基準	判定			培養条件	
						培養温度	培養時間
<i>C. albicans</i> NBRC 1594	鑑別	100CFU以下の菌を接種した時、コロニーの特徴は有効性が確認されたロットと同等である	適合			30~35°C	24.0 h

総合判定：合格



コージンバイオ株式会社
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
 TEL 049-284-3781
 FAX 049-284-4784
 品質保証部 板橋 由美子

