

エンバイオ製品試験成績書

発行日：2016年1月21日

製品名	TGC液体培地			コージンバイオ製品番号	15070610
エンバイオ製品番号	KB-TGC0302			ロット番号	EGB1601071
製造日	2016年1月7日	有効期限	2017年1月5日	保管温度	2～25℃
組成 (精製水1Lあたり)	カゼインペプトン・・・15.0g		酵母エキス・・・5.0g		
	ブドウ糖(無水)・・・5.0g		塩化ナトリウム・・・2.5g		
	チオグリコール酸ナトリウム・・・0.5g		L-シスチン・・・0.5g		
	レザズリン・・・1mg		寒天・・・0.75g		

試験項目	判定基準	判定
容器・包装外観	異常がない	適合
色調	淡黄色で濁りを有する	適合
pH	7.1±0.2	7.3
充填量	100mL	適合
無菌性	14日間培養するとき生菌の発育を認めない	適合

性能試験 (JP、USP、EP 3局方調和法)						
試験菌株	判定基準	発育の有無		接種菌量 (CFU)	培養条件	
					培養温度	培養時間
<i>C. sporogenes</i> ATCC 11437	100CFU以下の菌を 接種した時、有効性 が確認されたロットと 同等の発育を認める	発育	発育	27	30～35℃	21.0 h
<i>P. aeruginosa</i> NBRC 13275		発育	発育	46	30～35℃	21.0 h
<i>S. aureus</i> NBRC 13276		発育	発育	44	30～35℃	21.0 h

総合判定：合格

判定日：2016年1月21日



コージンバイオ株式会社
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
 TEL 049-284-3781
 FAX 049-284-4784
 品質保証部 尾関 泰之

